



PB/566/2021

Płock, dnia 13.10.2021 r.

Dotyczy: obowiązku stosowania indywidualnych detektorów do prac w zbiornikach, przestrzeniach zamkniętych, studzienkach kanalizacyjnych.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do treści zarządzenia nr 9/PB/2020 dot. prac wewnątrz zbiorników, przestrzeni zamkniętych, studzienek kanalizacyjnych przypominam, że z dniem **01.01.2022 r.** w życie wchodzi **obowiązek stosowania detektorów indywidualnych przy pracach w przestrzeniach zamkniętych oraz studzienkach kanalizacyjnych.** Pracownicy Kontraktorów wchodzący do przestrzeni zamkniętej muszą posiadać detektory osobiste wielogazowe, które należy stosować w zależności od danej lokalizacji:

- dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku: detektor osobisty wielogazowy na zawartość **O₂** oraz wybuchowość. Pozostały gaz toksyczny, tj. **H₂S** w zależności od możliwości wystąpienia na danej Instalacji,
- dla Zakładu PTA we Włocławku, Zakładu CCGT we Włocławku: detektor osobisty wielogazowy na zawartość **O₂** oraz wybuchowość. Pozostały gaz toksyczny, tj. **CO** w zależności od możliwości wystąpienia na danej Instalacji.

Dopuszcza się wykonywanie prac przez pracowników Wykonawcy z własnymi urządzeniami pomiarowymi, jednakże muszą spełniać następujące wymogi:

- posiadać aktualne świadectwo kalibracji wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta,
- posiadać ważność świadectwa kalibracji określa się na 6 miesięcy, chyba że instrukcja obsługi urządzenia zaleca częściej, na żądanie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca każdorazowo udostępni następujące dokumenty detektorów, tj. świadectwo kalibracji,

- posiadać deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi wraz z instrukcją BHP w języku polskim, a także funkcjonalność automatycznej rejestracji w wewnętrznej pamięci wyników pomiarów i przekroczeń progów alarmowych z możliwością odtworzenia zapisów przez serwis,
- detektor musi być przypisany do pracownika pracującego w danej chwili w przestrzeni zamkniętej.

Informuję również, że istnieje możliwość wypożyczenia detektorów w firmie ORLEN EKO Sp. z o.o. Wypożyczalnia detektorów znajdująca się na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, działka A-10 (budynek za strażnicą nr 1 ZSP).

Dane kontaktowe do Przedstawiciela wypożyczalni sprzętu:

Dział Serwisu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego:

Justyna Wasielewska, e-mail: justyna.wasielewska@orlen.pl, tel.: +48 665 552 546

Paweł Budek, e-mail: pawel.budek2@orlen.pl, tel.: +48 601 885 343

Anna Kopczyńska, e-mail: anna.kopczynska@orlen.pl, tel.: +48 603 160 757

Z poważaniem

Tomasz Gościniak


**Dyrektor
Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
PKN ORLEN S.A.**

Rozdzielnik:

1 x Wykonawcy zewnętrzni, Spółki GK mające siedziby na terenie PKN ORLEN S.A.
1 x PB - a/a